



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

CN.C.32.010.A № 47824

Срок действия до 24 августа 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Термометры цифровые Testo 105, Testo 106, Testo 108, Testo 905-T1,
Testo 905-T2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Testo Instruments Co. Ltd.", Китай

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 50955-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП РТ 1733-2012

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2012 г. № 650

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"10" 09 2012 г.

Серия СИ

№ 006286

Срок действия до 10 июля 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **10 июля 2017 г. № 1531**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

" 18 " 07 2017 г.